

บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์ฮีเลียม-3 (Caretium XI-921) หมายเลขเครื่อง 806001023E

งานตรวจทางห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประจำเดือน ปี

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ	
ประจำวัน																																	
เช็ดทำความสะอาด Probe																																	
ตรวจสอบปริมาณน้ำยา																																	
ตรวจสอบปริมาณน้ำทิ้ง																																	
ทำ Deprotein																																	
ทำ Na Adjust																																	
ประจำเดือน																																	
ทำความสะอาดภายนอก ตัวเครื่อง																																	
ตรวจสอบระบบ tubing ว่า มีการแตกรั่วหรือไม่																																	
ตรวจสอบตำแหน่ง ของเหลว(Liquid position)																																	
ผู้ปฏิบัติงาน / ผู้ตรวจสอบ																																	